



試料	K ₂ SO ₄
吸収端	S K-edge
ビームライン	BL11
分光結晶	Si(111)
測定法	(a)CEY (b)PFY
エネルギー範囲 / eV	2440 -2540 eV
ポイント数	475
測定時間 / min	29
測定日	2019/2/19
コメント	<ul style="list-style-type: none"> • 粉末試料/カーボン両面テープ • エネルギー未補正