


NEXAFS spectra of HOPG



試料: HOPG劈開面

測定日: 2017年12月

検出手法: 全電子収量法(TEY)

回折格子中心刻線密度: 600 lines/mm

分光器スリット(μm): 20/20

測定点、取り込み時間: 251点 \times 1秒